

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 戴银芝	
	职称: 副主任	
	工作单位: 合肥市妇幼保健院	
项目信息	项目名称: 绩溪县人民医院采购支气管电子内窥镜项目	
	供应商名称: 安徽新征途医疗器械销售有限公司	
专业人员论证意见	该项目为医院在用产品: 电子支气管系统设备(内窥镜VBC-XR30)(冷光源ARL-100L)(处理器AR-100)配套使用。该设备因接口及技术限制无法与其它品牌相匹配, 只能和原厂家品牌配套使用。该项目是医院援救采购销售, 只能从安徽新征途医疗器械销售有限公司采购。 综上, 建议采用单一来源方式招标采购。	
专业人员签字	戴银芝	日期 2024 年 5 月 7 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李 强
	职称: 副主任医师
	工作单位: 绩溪县人民医院
项目信息	项目名称: 绩溪县人民医院采购支气管电子内窥镜项目
	供应商名称: 安徽新征程医疗器械销售有限公司
专业人员论证意见	该项目为购置支气管电子内窥镜系统设备(品牌为AQ-100, 规格为AQ1-100L)及配套附件支气管镜及内窥镜, 该设备因接口及技术参数与现有其他品牌相匹配, 且价格合理, 符合采购要求, 且该设备为甲类耗材, 价格较低, 且该设备为新征程医疗器械销售有限公司生产。 综上, 建议采用单一来源方式采购。
专业人员签字	李 强 日期: 2024 年 5 月 7 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 魏新	
	职称: 主任	
	工作单位: 绩溪县人民医院	
项目信息	项目名称: 绩溪县人民医院采购支气管电子内窥镜项目	
	供应商名称: 安徽新征途医疗器械销售有限公司	
专业人员论证意见	该项目为医院在用电子支气管镜系统设备(图像处理器 AQ-100, 冷光源 AQ-L-100L)配套使用支气管镜由内窥镜, 因设备接口技术限制, 无法和其他品牌配套使用。且该项目采用授权经销商, 目前只能从安徽新征途医疗器械销售有限公司采购。 为此, 建议采用单一来源方式招标采购。	
专业人员签字	魏新	日期 2024 年 5 月 7 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。